广电计量2026年功率分析仪等商品采购项目澄清公告

（GDJL-BXJ-A-2026-113）

各参选人：

广电计量2026年功率分析仪等商品采购项目（项目编号：GDJL-BXJ-A-2026-113）于2026年11月20日在【诚E招电子采购交易平台（网址：https://www.chengezhao.com/）、中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）、广州国企阳光采购信息发布平台（http://ygcg.gzggzy.cn/）、广电计量供应商门户网站（http://ec.grgtest.com/）】发布比选公告，现就本项目比选文件进行部分内容澄清，具体内容如下：

原比选文件第四章 用户需求书-技术要求：

计划编号	采购内容	**原参数**	**更正后参数**
JD2026406	大功率交流稳压电源	**三、设备技术指标要求** 3.1.工作频率范围40Hz～600Hz，连续可调；	**三、设备技术指标要求** 3.1.工作频率范围40Hz～60Hz，连续可调；
YA2026084	高压差分探头	**七、溯源要求：** 2、☑校准、☑检定；	**七、溯源要求：** 2、☑校准、☐检定；
JD2026342	电流线圈	**三、设备技术指标要求** 4.转换系数为0.01 V/A ，测量精度优于或等于±1%；	**三、设备技术指标要求** 4.转换系数为0.1 V/A ，测量精度优于或等于±1%；

原比选公告、比选文件的内容与本澄清公告的内容不一致之处的，以本澄清公告内容为准。本澄清公告为比选文件的组成部分，如对同一事项的表述与之前所发出的比选公告、比选文件不符，则以本澄清公告为准，其他内容不变。

三、比选人联系方式

联系人：李女士

联系电话：020-38699960-8766#

联系地址：广州市番禺区石碁镇创运路 8 号科研创新楼 21 楼

四、采购代理机构联系方式

采购代理机构：公诚管理咨询有限公司

联系人：林钰婷（linyuting1.gcmc.gd@chinaccs.cn）、张美华

联系电话：13129390520、13688894694

联系地址：广州市天河区春融三路 7 号南方财经大厦 32 楼

比选人：广电计量检测集团股份有限公司

采购代理机构：公诚管理咨询有限公司

日期：2026 年 11 月 26 日

项目负责人（签字）：林钰婷

招标人或其招标代理机构：公诚管理咨询有限公司（盖章）