

肇庆检测院 2026 年度服务和供应品采购更正公告（第一次）

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：07-06-04F-2026-D-F-E27957
原公告的采购项目名称：肇庆检测院 2026 年度服务和供应品采购
首次公告日期：2026 年 09 月 21 日

二、更正信息：

更正事项：采购公告与采购文件
更正原因：采购需求调整
更正内容：

1、原采购文件第 11 页“采购需求”-“三、技术标准与要求：采购包 1：（特种设备检测校验仪器）”的“技术(参数)要求”中：

2	便携分体式中低压气用安全阀校验台	★1、符合 TSG 92-2026 要求；（提供设备及其附件技术规范书或产品说明书作为证明材料） 2、蒸馏速率 2~10mL/min，配备自动火焰检测及灭火功能，升温降温速率快； ▲3、测试压力:不低于 15MPa；（提供产品说明书作为证明材料） ▲4、校验通径:法兰式：DN15-150(1/2”-6”）；（提供产品说明书作为证明材料） 5、螺纹式：DN15-80(1/2”-3”）； 6、夹紧力:低压夹紧力不小于 3 吨，高压夹紧力不小于 6 吨； 7、测试介质:氮气、压缩空气； 8、可夹紧最小法兰外径:75mm，可夹紧最大法兰外径:320mm； 9、动力要求:测试气源：瓶装氮气≤20MPa； 10、试验容器：配有不少于 1 个 10L 试验容器； ▲11、控制柜尺寸及重量：437×386×295mm，不大于 14Kg；（提供产品说明书作为证明材料） ▲12、夹紧台尺寸及重量（不含卡爪）：502×420×313mm，不大于 26Kg；（提供产品说明书作为证明材料） ▲13、铝合金手提箱及配件重量：470×306×273mm，不大于 20kg。
---	------------------	---

		(提供产品说明书作为证明材料)
--	--	-----------------

更正为：

2	便携分体式 中低压气用安全阀校验台	★1、符合 TSG 92-2026 要求；（提供设备及其附件技术规范书或产品说明书作为证明材料） ▲2、测试压力:不低于 15MPa；（提供产品说明书作为证明材料） ▲3、校验通径：法兰式：DN15-150（1/2”-6”）；螺纹式：DN15-80（1/2”-3”）（提供产品说明书作为证明材料） 4、夹紧力：低压夹紧不小于 3 吨，高压夹紧不小于 6 吨； 5、测试介质：氮气、压缩空气； 6、可夹紧最小法兰外径：75mm，可夹紧最大法兰外径：320mm； 7、动力要求：测试气源：瓶装氮气≤20MPa； 8、试验容器：配有 1 个 10L 试验容器；（提供产品说明书作为证明材料） 9、双表对照，精密压力表采用快插连接，方便拆装更换； 10、主体结构为高强度铝合金，重量轻、体积小、方便携带至任何地方的工厂现场； ▲11、控制柜尺寸及重量：不大于 437mm×386mm×295mm, 不大于 14Kg；（提供产品说明书作为证明材料） ▲12、夹紧台尺寸及重量（不含卡爪）：不大于 502mm×420mm×313mm, 不大于 26Kg；（提供产品说明书作为证明材料） ▲13 铝合金手提箱及配件重量：不大于 470mm×306mm×273mm, 不大于 20kg。（提供产品说明书作为证明材料）
---	----------------------	---

其他内容不变

更正日期：2026 年 09 月 23 日

三、其他补充事项

1. 更正公告为原采购公告、原采购文件不可分割的部分，原采购公告、原采购文件相应条款与本公告有不一致之处，以本公告为准。请供应商务必按照更正后的内容编制投标/响应文件，本公告发布，视同书面通知所有潜在供应商。

/

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：广东省特种设备检测研究院肇庆检测院

地 址：肇庆市鼎湖区新城 15 区宝鼎路国家建筑五金产品质量监督检验中心 3 号楼

联系方式：0758-6622338

2. 采购代理机构信息

名 称：公诚管理咨询有限公司

地 址：肇庆市端州区新元北路 5 号城投汇金大厦 A 楼 805 室

联系方式：0758-2762312

3. 项目联系方式

项目联系人：何晓维、冯琳舒、冯锦彬、纪玩波、许锐焜、盛菲、李涛

电 话：0758-2762312

公诚管理咨询有限公司（盖章）

2026 年 09 月 23 日

项目负责人（签字）：

何晓维