

# 单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: <u>  洪  </u>	
	职称: <u>  医学口腔技术专业高级工程师  </u>	
	工作单位: <u>  东莞辛睿齿科  </u>	
项目信息	项目名称: <u>  东莞市高埗医院 CT 球管组件购置项目  </u>	
	供应商名称: <u>  上海联影医疗科技股份有限公司  </u>	
专业人员论证意见	<p>球管是 CT 的主要核心部件, 一般由原厂生产的球管种送到使用要求及在配原设备的技术参数。本次采购的 CT 球管组件需严格的匹配联影公司的 uCT-710 设备, 其它公司的产品一般与之完美匹配, 有可能造成设备安全隐患。</p> <p>上海联影医疗设备有限公司, 拥有全部知识产权、软件授权及密钥分发权, 具备完整供应链和服务网络, 是唯一合法来源。</p> <p>本项目符合《政府采购法》第 31 条第一款“只此一家, 别无分店”的规定, 建议采用单一来源采购方式, 由该公司作为唯一供应商。</p>	
专业人员签字	<u>  洪  </u>	日期 <u>  2024  </u> 年 <u>  8  </u> 月 <u>  11  </u> 日






注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

# 单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名： 张丽娟	
	职称： 主治医师	
	工作单位： 东莞市壹城医院。	
项目信息	项目名称： 东莞市高埗医院 CT 球管组件购置项目	
	供应商名称： 上海联影医疗科技股份有限公司	
专业人员论证意见	<p>该CT球管作为CT设备中的核心部件，其技术参数、性能等可与主机品牌匹配其他公司产品无法与主机匹配，无法保证后续使用，可能造成隐患。</p> <p>根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款：只能从唯一供应商处采购的情形，建议采用单一来源采购方式，由该公司作为唯一供应商</p>	
专业人员签字	张丽娟	日期 2025年 8月 11日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

# 单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 
	职称: 
	工作单位: 
项目信息	项目名称: 东莞市高埗医院 CT 球管组件购置项目
	供应商名称: 上海联影医疗科技股份有限公司
专业人员论证意见	<p>  </p>
专业人员签字	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 60%;"></div> <div style="width: 35%; text-align: right;">日期: <u>2025</u>年<u>8</u>月<u>11</u>日</div> </div>

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。